


群馬県繊維工業試験場試験成績書

受付日	試験等の区分	住所又は所在地・氏名又は名称
令和2年 4月22日	定性分析	太田市由良町956-2 (株)ハーメック

処理方法および結果

試験依頼試料について、備考の条件で元素定性分析を行った結果、アルミニウム (Al)、ケイ素 (Si) 特有のX線スペクトルが認められました。



備考 品番：300811

元素定性分析には、エネルギー分散型X線分析装置を付属した走査電子顕微鏡JSM-IT100 (㈱日本電子製) を使用し、加速電圧10.0kV、倍率3000倍で分析を行いました。

依頼のあった試験等の結果は上記のとおりです。

令和 2 年 4 月 27 日

群馬県繊維工業試験場長

石井 克明



品番は依頼者の申請に基づいて記載しました。

当試験場の名称をチラシ、カタログ、パンフレット、インターネット等で使用する場合には、名称使用の承認が必要です。